



REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE ARICA
ALCALDIA

EXENTO

DECRETO N° **143** /2017.-

ARICA, 06 DE ENERO DE 2017.-

VISTOS:

- a) Transferencia a título gratuito Rol 2890-1 de fecha 05.04.2006 entre el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) y la Ilustre Municipalidad de Arica (IMA), de inmueble ubicado en Lote N° I de la Manzana Equipamiento situado en Avenida Capitán Ávalos N° 1462, Loteo Los Industriales III, comuna de Arica.
- b) Copia del Registro de Propiedad N° 1506 en el que consta inscripción de fojas N° 2117 de fecha 13.04.2016, relativo a inmueble antes señalado.
- c) Ordinario N° 423 del Director (S) de Obras Municipales, de fecha 06.02.2014 que contiene Informe Técnico N° 02/2014 que indica: "(...) las fallas y daños existentes en el Centro Comunitario Familiar, denominado Cecosf, los cuales no presentan las debidas garantías de seguridad, al cual debe estar sometido un recinto de atención al público."
- d) Copia del Proyecto "Reposición CECOSF Dr. René García Valenzuela, comuna de Arica" presentado por el Servicio de Salud de Arica en el mes de marzo del año 2015.
- e) Ordinario N° 109 del Secretario del Concejo Municipal, de fecha 31.04.2015 por el cual se remite a DISAM Acuerdo N° 125/2015 relativo a aprobación de gastos operacionales del CECOSF Dr. René García Valenzuela.
- f) Ordinario N° 2417 de la Directora (T Y P) del Servicio de Salud de Arica, de fecha 29.05.2015 por el cual remite a la Dirección de Salud Municipal (DISAM), "Convenio Específico Regional de Cooperación Para la Realización de la Reposición Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) en Población Los Industriales III, Arica".
- g) Ordinario N° 1121 de la Directora de Salud Municipal, de fecha 21.07.2016 por el cual se remiten convenios indicados en letra anterior, al Asesor Jurídico IMA para revisión y suscripción por el Sr. Alcalde de Arica.
- h) Ordinario N° 1324 del Director (S) de la DISAM, de fecha 14.08.2015 por el cual se remiten ejemplares de convenio Específico de Colaboración firmado a la Directora (T Y P) de Salud.
- i) Ordinario N° 5258 del Director (S) del Servicio de Salud de Arica, de fecha 21.12.2016 mediante el cual el referido órgano se compromete a adecuar el CECOSF en mención, a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 50, en relación con el Decreto N° 47 y Ley N° 20.422.
- j) Certificado de Recepción Final de obra, extendido por la Dirección de Obras Municipales, de fecha 21.12.2016.
- k) Ordinario N° 2562 de la Directora de Salud Municipal, de fecha 23.12.2016 por el cual se remite a la Asesora Jurídica IMA, "Convenio de Entrega y Transferencia del Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) Dr. René García Valenzuela, a Título Gratuito, entre el Servicio Salud de Arica y la Ilustre Municipalidad de Arica.", para su estudio y que sea puesto en tabla del Concejo Municipal de Arica.
- l) Convenio de Entrega y Transferencia del Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) Dr. René García Valenzuela, a Título Gratuito, Entre el Servicio Salud de Arica y la Ilustre Municipalidad de Arica, suscrito con fecha 27.12.2016.
- m) Lo dispuesto en los artículo 55 letra e) y 65 letra i), ambas disposiciones de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- n) Lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 50 modifica Decreto Supremo N° 47, de Vivienda y Urbanismo, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en el sentido de actualizar sus normas a las disposiciones de la Ley N° 20.422, sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.
- o) Resolución N° 1600, del 30 de octubre de 2008, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón
- p) Las facultades conferidas en la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades",

CONSIDERANDO:

1. Que, el día 05 de abril del año 2006, el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) efectuó transferencia a título gratuito en favor de la Ilustre Municipalidad de Arica, de inmueble ubicado en Lote N° I de la Manzana Equipamiento ubicado en Avenida Capitán Ávalos N° 1462, Loteo Los Industriales III, comuna de Arica, Rol 2890-1, lo cual consta en Registro de Propiedad N° 1506 en el que figura inscripción de fojas N° 2117 del mismo mes y año, del Conservador de Bienes Raíces de Arica.
2. Que, en el terreno transferido se procedió a edificar un Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) a través del cual se entregaba atención de salud primaria a los habitantes de Los Industriales III, sector norte de la ciudad.
3. Que, posteriormente, mediante Ordinario N° 423 de fecha 06 de febrero del año 2014, el Director (S) de Obras Municipales emitió al Sr. Alcalde de Arica, Informe Técnico N° 02/14 realizado en virtud de visita al establecimiento de salud señalado en la letra precedente. En el documento, en síntesis, se señaló que las condiciones del terreno en el que se emplazaba la construcción no presentaba resistencia al asentamiento y al desplazamiento al que pudiera estar afecto el centro de salud en caso de filtración o rotura de matriz de agua. En conclusión, se determinó que el terreno de base no tenía la capacidad de soporte, por lo que se esperaba daño progresivo.
4. En razón de lo anterior, y tras haberse declarado la imposibilidad de continuar con la utilización del CECOSF DR. RENÉ GARCÍA VALENZUELA en los términos en que a dicha fecha se encontraba, el Servicio de Salud de Arica, presentó el Proyecto "Reposición CECOSF RENÉ GARCÍA, COMUNA DE ARICA", precisando que se denomina reposición, toda vez que, si bien se trata de una construcción nueva, ésta se erige en el mismo terreno en el que previamente ya existía un CECOSF con idéntica denominación, por lo tanto los usuarios a los cuales se entregarán las prestaciones de salud, son los mismos que se atendían desde el año 2006, en lo que fuera el CECOSF DR. RENÉ GARCÍA VALENZUELA y, que por las razones expuestas, debió ser demolido.
5. Que, desde el punto de vista administrativo, para efectos de comenzar a gestionar la edificación reseñada, el Servicio de Salud de Arica mediante Ordinario N° 2417 de fecha 29 de mayo del año 2015 procedió a enviar a la Dirección de Salud Municipal (DISAM) propuesto de "Convenio Específico Regional de Cooperación Para la Realización de la Reposición Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) en Población Los Industriales III, Arica", a través del cual el Servicio de Salud de Arica se hacía cargo de la realización del diseño del CECOSF, formular el proyecto, levantar el proceso licitatorio a que diera lugar y en definitiva, proceder a la construcción del establecimiento de Salud.
6. Que, la DISAM remitió al Asesor Jurídico de la Ilustre Municipalidad de Arica, Ordinario N° 1121 de fecha 21 de julio del año 2015, a través del cual se adjuntaron las copias del convenio antes indicado, siendo otorgado su visto bueno y a su vez devuelto con la firma del Sr. Alcalde de Arica. Luego, la Dirección de Salud Municipal envió los ejemplares suscritos por la máxima autoridad comunal, a través de Ordinario N° 1124 de fecha 14 de Agosto del año 2015, siendo posteriormente dictado con fecha 07 de septiembre del mismo año, la Resolución Exenta N° 2647 mediante la cual el Servicio de Salud de Arica viene en aprobar el convenio en comento.
7. Que, los gastos operacionales del CECOSF DR. RENÉ GARCÍA VALENZUELA serán asumidos de manera íntegra por la Ilustre Municipalidad de Arica, según se desprende del Acuerdo N° 125/2015 adoptado en sesión Ordinaria N° 10 y 11 del Honorable Concejo Municipal de Arica.
8. Que, según consta en Certificado de Recepción Final N° 11682 de fecha 21 de diciembre del año 2016, extendido por la Dirección de Obras Municipales de la IMA, se recibe conforme la obra correspondiente al CECOSF DR. RENÉ GARCÍA VALENZUELA, clarificando que en el cuerpo del documento donde dice Calle Retiro N° 3473, se refiere a la dirección de ingreso principal del antiguo establecimiento de salud.

9. Por otro lado, se indica que si bien el certificado individualizado anteriormente otorga recepción final de la obra, en las notas, punto penúltimo, se indica lo siguiente: "Adjunta planimetría, memoria explicativa y carta Ord. N° 5258 de fecha 22.12.2016, del Servicio de Salud de Arica, para dar cumplimiento al artículo 4.1.7. de la O.G.U.C conforme al D.S. N° 50 de Vivienda y Urbanismo en la cual se señala compromiso en razón de dar cumplimiento de las adaptaciones de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 20.422."
10. Lo anteriormente dispuesto, queda refrendado de esa manera, toda vez que el día 04 de marzo del año 2016, se publicó el citado Decreto Supremo N° 50 mediante el cual se busca actualizar las normas de urbanismo y construcción para adecuarlas a la Ley de igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. El mencionado Decreto, en su disposición transitoria inciso final, reglamenta que, en especial aquellas construcciones que se comenzaron a ejecutar con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la normativa en cuestión, "Las adecuaciones de accesibilidad deberán efectuarse en un plazo máximo de 3 años, contado desde la publicación en el Diario Oficial del presente decreto."
11. Que, el compromiso asumido por el Servicio de Salud de Arica se encuentra reconocido y consagrado en Convenio de traspaso suscrito entre éste con la IMA con fecha 27 de diciembre del año en curso, como así también, en Ordinario N° 5258 de fecha 22 de diciembre del año 2016, en el cual, en lo particular, se expone lo siguiente: "(...) este Servicio de Salud, en su calidad de Unidad Técnica de la ejecución de la obra, se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto Supremo N° 50 (...), en el sentido de actualizar sus instalaciones de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 20.422, (...), lo anterior en el plazo de tres años contados desde la fecha de publicación de la normativa antes referida, esto, es desde el 4 de marzo de 2016."

DECRETO:

APRUEBASE "Convenio de Entrega y Transferencia del Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) Dr. René García Valenzuela, a Título Gratuito, entre el Servicio Salud de Arica y la Ilustre Municipalidad de Arica.", suscrito con fecha 27 de diciembre del año 2016, el cual fue aprobado por Acuerdo N° 46, tomado en Sesión Ordinaria N° 03, de fecha 27 de Diciembre de 2016, del Concejo Municipal de Arica.

Tendrán presente este Decreto Alcaldicio Contraloría Municipal, Asesoría Jurídica, Dirección de Salud Municipal y Secretaría Municipal.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GER/HCMC/CCG/bcm.-



GERARDO ESPINDOLA ROJAS
ALCALDE DE ARICA

CONVENIO DE ENTREGA Y TRANSFERENCIA DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) DR. RENÉ GARCÍA VALENZUELA, A TÍTULO GRATUITO, ENTRE EL SERVICIO SALUD DE ARICA Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA.

En Arica a 27 de diciembre del año 2016, entre el **SERVICIO DE SALUD DE ARICA, R.U.T N° 61.606.000-7**, representado por su Director subrogante, **DR. JUAN LEONARDO ROJAS OSORIO**, Médico Pediatra, RUN N° 6.895.371-5, ambos domiciliados en la ciudad de Arica, Avda. 18 de septiembre N° 1000, Edificio N, segundo piso, en adelante "**el Servicio**", y la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA, R.U.T. N°69.010.100-9**, corporación autónoma de derecho público, representada por su Alcalde **Sr. GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS**, Cédula de Identidad N°13.452.061-2, en adelante "**la Municipalidad**", se ha convenido el siguiente convenio en materia de entrega y transferencia del Centro Comunitario de Salud Familiar denominado CECOSF René García Valenzuela:

PRIMERO: Que, conforme a lo estipulado en el "**CONVENIO ESPECÍFICO REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA REPOSICIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) EN POBL. LOS INDUSTRIALES III, ARICA**", suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Arica y el Servicio de Salud de Arica, de fecha 29 de mayo del 2015 y aprobado por Resolución Exenta N° 2647 de fecha 07 de septiembre de 2015, en virtud del cual las partes vienen en celebrar un Convenio de Colaboración para la Gestión de la Reposición del Centro Comunitario de Salud Familiar de Arica erigido en Avda. Capitán Avalos N° 1462, loteo Los Industriales III, de esta comuna y provincia, anotada en el Repertorio N° 3920 e inscrita a Fojas 2117 N° 1506 del año 2006 del registro de propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Arica.

SEGUNDO: El **SERVICIO DE SALUD ARICA**, viene en hacer entrega a la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA**, del establecimiento de salud denominado "**CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) DR. RENÉ GARCÍA VALENZUELA**" y, a su vez en este mismo acto viene en transferir a la Ilustre Municipalidad de Arica, los bienes muebles que en la presente cláusula se individualizan, junto con los manuales y garantías relativos a cada uno de ellos, quedando pendiente la entrega del bien mueble denominado "lámpara de procedimiento", la cual será realizada dentro del primer trimestre del año 2017.

Los bienes a que se hace referencia anteriormente, son los siguientes:

Recinto	Individualiza ción	Item	Cant	Presup	Factura	Plazo Garantía	Man. Garantía	Manual
BOTICUIN	Computador	Equipo	1	635-1123- cm16	862	N/A	N/A	SIN MANUAL
	Alre Acondicionad o	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	01 MANUAL USUARIO, 01 CONTROL REMOTO
	Termómetro Ambiental digital	Equipo	1	Compra Directa	595	N/A	N/A	01 FOLLETO USUARIO



BOTIQUIN	máxima y mínima digital (para refrigerador)	Equipo	1	Compra Directa	S/N	N/A	N/A	SIN MANUA L
	Refrigerador doméstico	Equipo	1	635-1669-CM15	1965	N/A	N/A	01 MANUA L INSTRU CCIONE S
	Estantería en obra	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Mesón de atención público en obra	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	papelero gris con tapa y pedal aprox. 25 litros	Equipam iento	1	Compra Directa	S/F	N/A	N/A	N/A
	Porta toalla de papel (dispensador de papel)	Equipam iento	1	635-1674-CM15	31255	N/A	N/A	N/A
	Dispensador de alcohol gel	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dispensador de Jabón	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Silla ergonómic a	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Lavamanos	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
ECX 2 (CLINICO MULTIPRO POSITO)	balanza adulto con tallímetro	Equipo	1	635-2242-SE15	624830	2 AÑOS	N/A	01 MANUA L USUARI O
	balanza lactante	Equipo	1	635-969-SE16	1898	2 AÑOS	N/A	01 MANUA L USUARI O
	caliper	Equipo	1	635-721-SE16	1047	N/A	N/A	01 GUÍA USUARI O (en inglés)
	Computador	Equipo	1	635-1671-CM15	6639	N/A	N/A	SIN MANUA L
	diapasón (sensibilidad)	Equipo	1	635-2237-SE15	113119	2 AÑOS	N/A	N/A
	monitor de presión arterial no invasiva con oximetría	Equipo	1	635-1549-SE16	115688	1 AÑO	N/A	01 MANUA L USUARI O (español), 03 INSTRU CCIONE S USO SENSO RES, 01 CD MANUA L USUARI O, 01 CD MANUA L SERVIC IO TÉCNIC O MONIT OR

	Negatoscopio	Equipo	1	635-664-SE16	632164	1 AÑO	N/A	02 MANUA L USUARI O (español e inglés)
	Espirómetro	Equipo	1	635-971-se16	156	1 AÑO	N/A	02 MANUA L INSTRU CCIONE S (español e inglés), 01 CD SOFTWARE ESPIRÓ METRO
	Flujometro de Wright	Equipo	1	Compra Directa	4901	N/A	N/A	01 GUÍA DE USUARI O (inglés- español)
	Set de oto-oftalmoscopio mural (otoscopio-otooftalmoscopio)	Equipo	1	635-1035-se16	123670	2 AÑOS	N/A	01 GUÍA DE USUARI O OTOSC OPIO y 01 GUÍA DE USUARI O OFTAL MOSCO -PIO (ambos en inglés)
	Papelero gris con tapa y pedal aprox. 25 litros	Equipamiento	1	635-1763-CM15	3068	N/A	N/A	N/A
	Papelero amarillo con tapa y pedal aprox 25 litros	Equipamiento	1	635-1760-CM15	2188	N/A	N/A	N/A
	Mesa mayo	Equipamiento	1	635-700-SE16	629196	N/A	N/A	N/A
	camilla examen	Equipamiento	1	635-1762-CM15	2894	N/A	N/A	N/A
	cartabón	Equipamiento	1	635-802-SE16	6376	12 MESES	N/A	N/A
	Escabel	Equipamiento	1	635-1750-CM15	4337	N/A	N/A	N/A
	Mesón de trabajo	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Estantería colgante	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	linterna examen	Equipamiento	1	Compra Directa	632374	N/A	N/A	N/A
	maletín de terreno	Equipamiento	1	635-802-SE16	6376	N/A	N/A	N/A
	martillo reflejo	Equipamiento	1	635-2237-SE15	113119	2 AÑOS	N/A	N/A
	silla ergonómica	Equipamiento	1	635-2232-CM15	6351	N/A	N/A	N/A

	Dispensador de Jabón	en obra	1	635-1674-CM15	31255 - 31419	N/A	N/A	N/A
	Dispensador de alcohol gel	en obra	1	635-1674-CM15	31255 - 31419	N/A	N/A	N/A
	Porta toalla de papel (dispensador de papel)	en obra	1	635-1674-CM15	31255	N/A	N/A	N/A
	Silla visita	Equipamiento	2	635-1692-CM15	2078	N/A	N/A	N/A
	Test para Niños (TEPSI)	Equipamiento	1	635-1779-CM15	9042	N/A	N/A	N/A
	Mesón área limpia – área sucia (incluye lavamanos)	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
BOX 1 (CONSULTA Y EXAMEN)	Computador	Equipo	1	635-1671-CM15	6639	N/A	N/A	SIN MANUA L
	Diapasón (sensibilidad)	Equipo	1	635-2237-SE15	113119	2 AÑOS	N/A	N/A
	Negatoscopio	Equipo	1	635-664-SE16	632164	1 AÑO	N/A	02 MANUA L USUARIO (español e inglés)
	Set de oto-oftalmoscopio mural	Equipo	1	635-1035-se16	123670	2 AÑOS	N/A	01 GUÍA DE USUARIO OTOSCOPIO y 01 GUÍA DE USUARIO OFTAL MOSCO -PIO (ambos en Inglés)
	Papelero gris con tapa y pedal aprox 25 litros	Equipamiento	1	635-1763-CM15	3068	N/A	N/A	N/A
	Papelero amarillo con tapa y pedal aprox 25 litros	Equipamiento	1	635-1760-CM15	2188	N/A	N/A	N/A
	camilla examen	Equipamiento	1	635-1762-CM15	2894	N/A	N/A	N/A
	Escabel	Equipamiento	1	635-1750-CM15	4337	N/A	N/A	N/A
	Escritorio	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Estante Colgante	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Esfigmomanómetro digital	Equipamiento	1	635-2239-SE15	1257	N/A	N/A	01 GUÍA DE USUARIO
	silla ergonómica	Equipamiento	1	635-2232-CM15	6351	N/A	N/A	N/A
	Dispensador de Jabón	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A

	Dispensador de alcohol gel	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porta toalla de papel (dispensador de papel)	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Lavamanos	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Silla visita	Equipamiento	2	635-1692-CM15	2078	N/A	N/A	N/A
BOX DENTAL	Amalgamador	Equipo	1	635-1556-CM16	2681	N/A	N/A	01 MANUA L USUARIO (varios idiomas) , 01 PÓLIZA GARAN TÍA
	Compresor de aire	Equipo	1	635-764-CM16	14606	N/A	N/A	01 MANUA L INSTRU CCIONE S, 01 FOLLET O COMPR ESOR, CERTIF. CALIDA D VASO PRESIÓ N (varios idiomas)
	Computador	Equipo	1	635-1671-CM15	6639	N/A	N/A	SIN MANUA L
	Destructador Ultrasonido	Equipo	1	Incluido en Unidad Dental	N/A	N/A	N/A	SIN MANUA L
	Lámpara fotocurado	Equipo	1	635-2240-SE15	802	2 AÑOS	N/A	02 MANUA L USUARIO (español e inglés)
	Negatoscopio	Equipo	1	635-664-SE16	632164	1 AÑO	N/A	02 MANUA L USUARIO (español e inglés)

	RX Dental intraoral mural	Equipo	1	635-2115-SE15	9869	2 AÑOS	592 / Bco. Santander	02 MANUA L USUARI O (español e inglés), 01 MANUA L SERVIC IO TÉCNIC O (inglés), 01 PROTO COLO MANTE NCIÓN PREVE NTIVA, 01 SERVIC IO POST VENTA, 01 POLIZA GARAN TÍA, 01 CERTIFI CADO REPRESENTA- CIÓN MARCA, 01 CERTIFI CADO GARAN TÍA MARCA, 01 COPIA BOLET A DE GARAN TÍA
	Unidad dental (sillón dos taburetes, una turbina, 1 micromotor 1 pieza de mano y 1 contra ángulo)	Equipo	1	635-1208-SE16	11	2 AÑOS	292134 / BCI	01 CATÁL OGO EQUIPO , 01 PROTO COLO MANTE NCIÓN PREVE NTIVA, 01 CERTIFI CADO MANTE NCIÓN PREVE NTIVA, 01 CERTIFI CADO MANTE NCIÓN REPAR ATIVA, 01

							COMPR OMISO INSTAL ACIÓN Y CAPACI TACIÓN , 01 COPIA BOLET A DE GARAN TÍA, 02 MANUA L OPERA CIÓN CONTR A ÁNGUL O (varios idiomas) , 02 MANUA L OPERA CIÓN PIEZA DE MANO (varios idiomas) , 02 MANUA L OPERA CIÓN MOTOR DE AIRE (varios idiomas) y 01 MANUA L OPERA CIÓN TURBIN A DE AIRE (varios idiomas)
Digitalizador de imagenes radiográficas- placas de fosforo	Equipo	1	635-1548- SE16	216159	2 AÑOS	N/A	01 MANUA L USUARI O, 01 MANUA L INSTAL ACIÓN SOFTW ARE, 01 MANUA L USUARI O SOFTW ARE, 01 CD SOFTW ARE, 01 CD

							DRIVER EQUIPO
Set básico operatorio (obturaciones)	Equipo	15	635-2224-SE15	2191	5 AÑOS	N/A	N/A
Set extracciones (cirugía menor)	Equipo	6	635-2227-SE15	2190	5 AÑOS	N/A	N/A
Aire Acondicionado	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	01 CONTROL REMOTO
Papelero gris con tapa y pedal aprox 25 litros	Equipamiento	1	635-1763-CM15	3068	N/A	N/A	N/A
Papelero amarillo con tapa y pedal aprox 25 litros	Equipamiento	1	635-1760-CM15	2188	N/A	N/A	N/A
Lavamanos	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Dispensador de Jabón	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Dispensador de alcohol gel	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Porta toalla de papel (dispensador de papel)	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Bandeja examen (diagnóstico) (12 por Unidad Dental)	Equipamiento	20	635-2238-SE15	2192	5 AÑOS	N/A	N/A
Biombo plomado	Equipamiento	1	635-970-SE16	9099	1 AÑO	N/A	N/A
Estantería colgante	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Mesón área limpia - área sucia (incluye lavamanos)	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Protector rayos x delantal + tiroides para funcionarios y usuario	Equipamiento	3	635-970-SE16	9099	1 AÑO	N/A	N/A
Contenedor resistente de plástico con tapa (aprox 20 litros)	Equipamiento	2	635-1697-CM15	2994	N/A	N/A	N/A
Contenedor resistente de plástico con tapa (aprox 1 litros)	Equipamiento	1	635-1697-CM15	2994	N/A	N/A	N/A
Escritorio	Equipamiento	1	635-1785-CM15	7834	N/A	N/A	N/A

BOX GINECO OBSTETRI CO	Silla ergonómic a	Equipam iento	1	635-2232- CM15	6351	N/A	N/A	N/A
	balanza adulto con tallímetro	Equipo	1	635-2242- SE15	624830	2 AÑOS	N/A	01 MANUA L USUARI O
	detector latidos cardiofetales	Equipo	1	635-2216- SE15	624701	2 AÑOS	290913 / BCI	04 MANUA L OPERA CIÓN ELECT RODOS (2 chino, 2 inglés), 02 MANUA L USUARI O DOPPL ER (chino e inglés)
	balanza lactante con tallímetro (pueden estar juntos o por separado)	Equipo	1	635-969- SE16	1898	2 AÑOS	N/A	01 MANUA L USUARI O BALANZ A, 01 MANUA L USUARI O TALLÍM ETRO
	monitor de presión arterial no invasiva con oximetría	Equipo	1	635-1549- SE16	115688	1 AÑO	N/A	01 MANUA L USUARI O (español) , 01 CD MANUA L USUARI O, 01 CD MANUA L SERVIC IO TÉCNIC O MONIT OR
	Computador	Equipo	1	635-1671- CM15	6639	N/A	N/A	01 PÓLIZA GARAN TÍA MONIT OR, 01 GUÍA INSTAL ACIÓN MONIT OR, 01 GUÍA INSTAL ACIÓN COMPU TADOR,

BOX PROCEDI- MIENTOS							01 GUÍA INSTAL ACIÓN PROCE SADOR
	Set examen ginecológico	Equipo	6	635-1906- se16		3 AÑOS	N/A
	set inserción DIU	Equipo	4	635-1157- se16	67	3 AÑOS	N/A
	Papelero gris con tapa y pedal aprox 25 litros	Equipam iento	1	Compra Directa	s/f	N/A	N/A
	Papelero amarillo con tapa y pedal aprox 25 litros	Equipam iento	1	635-1760- CM15	2188	N/A	N/A
	Dispensador de Jabón	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A
	Dispensador de alcohol gel	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A
	Porta toalla de papel (dispensador de papel)	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A
	camilla ginecológica (incluye escabel)	Equipam iento	1	635-802- SE16	6376	N/A	N/A
	Escritorio	Equipam iento	1	635-1785- CM15	N/A	N/A	N/A
	mesa mayo	Equipam iento	1	635-1059- cm16	9113	N/A	N/A
	Mesón área limpia - área sucia (incluye lavamanos)	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A
	Estantería colgante	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A
	Contenedor resistente de plástico con tapa (aprox 20 litros)	Equipam iento	1	635-1697- CM15	2994	N/A	N/A
	piso clínico	Equipam iento	1	635-1693- CM15	4405	N/A	N/A
	silla ergonómic a	Equipam iento	1	635-2232- CM15	6351	N/A	N/A
	silla visita	Equipam iento	2	635-1692- CM15	2078	N/A	N/A
	bomba aspiración universal	Equipo	1	635-2236- SE15	24710	2 AÑOS	N/A
	lámpara de examen (cuello flexible)	Equipo	1	635-968- SE16	24931	2 AÑOS	N/A
							01 MANUA L INSTRU CCIONE S
							01 MANUA L USUARI O

	monitor de presión arterial no invasiva con oximetría	Equipo	1	635-1549-SE16	115688	1 AÑO	N/A	01 MANUA L USUARI O (español), 03 INSTRUCCIONE S USO SENSO RES, 01 CD MANUA L USUARI O, 01 CD MANUA L SERVIC IO TÉCNIC O MONIT OR
	Desfibrilador (carro de paro)	Equipo	1	635-2216-SE15	624701	2 AÑOS	290913 / BCI	01 MANUA L USUARI O (inglés), 02 CD MANUA L USUARI O (español e inglés)
	Negatoscopio	Equipo	1	635-664-SE16	632164	1 AÑO	N/A	02 MANUA L USUARI O (español e inglés)
	set curación	Equipo	10	635-2238-SE15	2192	5 AÑOS	N/A	N/A
	Set de laringoscopio (uso adulto, pediátrico y neonatal)	Equipo	1	Compra Directa	6279	N/A	N/A	N/A
	Set atención parto	Equipo	1	635-1792-se16	87	3 AÑOS	N/A	N/A
	set de sutura	Equipo	3	635-1157-se16	67	3 AÑOS	N/A	N/A
	Laringoscopio /pinza magyl (carro paro)	Equipo	1	635-970-SE16	9099	2 AÑOS	N/A	N/A
	set taponamiento nasal	Equipo	1	635-1157-se16	67	3 AÑOS	N/A	N/A
	ventilador manual (carro de paro) (bolsa de insuflación manual con mascarilla adulto y pediátrico)	Equipo	1	635-2236-SE15	24710	1 AÑO	N/A	SIN MANUA L

DESPACH OY BODEGA	Papelero gris con tapa y pedal aprox. 25 litros	Equipamiento	1	Compra Directa	s/f	N/A	N/A	N/A
	Papelero amarillo con tapa y pedal aprox. 25 litros	Equipamiento	1	635-1760-CM15	2188	N/A	N/A	N/A
	balón de oxígeno con manómetro flujómetro y humidificador (carro de paro)	Equipamiento	1	635-2236-SE15	24710	2 AÑOS	N/A	N/A
	camilla examen	Equipamiento	1	635-1762-CM15	2894	N/A	N/A	N/A
	carro paro	Equipamiento	1	635-2236-SE15	24710	2 AÑOS	N/A	N/A
	cooler transporte muestras	Equipamiento	1	635-1697-CM15	2994	N/A	N/A	N/A
	Termómetro para cooler	Equipamiento	1	Compra Directa	645	N/A	N/A	N/A
	Escabel	Equipamiento	1	635-1750-CM15	4337	N/A	N/A	N/A
	Mesa mayo	Equipamiento	1	635-700-SE16	629196	N/A	N/A	N/A
	mesa toma de muestra	Equipamiento	1	635-2241-SE15	913	3 AÑOS	N/A	N/A
	Mesón área limpia - área sucia (incluye lavamanos)	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	piso clínico	Equipamiento	1	635-1693-CM15	4405	N/A	N/A	N/A
	riñón acero inoxidable	Equipamiento	5	635-700-SE16	629776	N/A	N/A	N/A
	Dispensador de Jabón	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dispensador de alcohol gel	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Fonendoscopio	Equipamiento	1	Compra Directa	5663368	N/A	N/A	N/A
	Porta toalla de papel (dispensador de papel)	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	silla visita	Equipamiento	2	635-1692-CM15	2078	N/A	N/A	N/A
	Mesón de trabajo	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	silla ergonómica	Equipamiento	1	635-2232-CM15	6351	N/A	N/A	N/A
	Estantería colgante	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Contenedor resistente de plástico con tapa (aprox 20 litros)	Equipamiento	1	635-1697-CM15	2994	N/A	N/A	N/A
	Soporte Universal	Equipamiento	1	Compra Directa	8899	N/A	N/A	N/A
	Computador	Equipo	1	635-1671-CM15	6639	N/A	N/A	SIN MANUAL

PNAC (OPC)	Aire Acondicionado	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	01 CONTR OL REMOT O
	balanza 100 kg (para pesar cajas)	Equipo	1	Compra Directa	75532095	N/A	N/A	N/A
	Estantería	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Mesón de atención público en obra	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Carro de transporte (tipo yegua)	Equipamiento	1	Compra Directa	5585	N/A	N/A	N/A
	Lavamanos	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dispensador de Jabón	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dispensador de alcohol gel	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porta toalla de papel (dispensador de papel)	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
RECINTO DE ASEO	silla ergonómica	Equipamiento	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Depósito de lavado profundo	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Estantería para insumos	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dispensador de Jabón	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porta toalla de papel (dispensador de papel)	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
SALA REAS	carro aseo (con ruedas, tapa y porta materiales)	Equipamiento	1	635-1757-CM15	3085	N/A	N/A	N/A
	Contenedores de basura con tapa aprox 120 litros gris, amarillo y rojo	Equipamiento	3	635-1697-CM15	2994	N/A	N/A	N/A
	Manguera c/ pistola	Compra directa	1	N/A	s/f	N/A	N/A	N/A
	Dispensador de Jabón	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Dispensador de alcohol gel	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porta toalla de papel (dispensador de papel)	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Lavamanos	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
SALA DE ESPERA	Televisor 42" con Soporte LCD	Equipo	1	635-1672-CM15 / Compra Directa	141	N/A	N/A	01 MANUA L INSTRU CCIONE S, 01 PÓLIZA DE GARAN TÍA y 01 CONTR OL

								REMOT O
	bánquetas 3 personas en obra	en obra	6	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	silla de ruedas obeso	Equipam iento	1	635-2220- CM15	1043	N/A	N/A	N/A
	silla de ruedas	Equipam iento	1	635-1717- CM15	18063	N/A	N/A	N/A
SALA MULTIUSO	hervidor	Equipo	1	635-1673- CM15	71527055	N/A	N/A	01 MANUA L INSTRU CCIONE S, 01 PÓLIZA DE GARAN TÍA EQUIPO
	microondas	Equipo	1	635-1674- CM15	32066	N/A	N/A	01 MANUA L INSTRU CCIONE S, 01 PÓLIZA DE GARAN TÍA EQUIPO
	refrigerador doméstico	Equipo	1	635-1670- CM15	1951	N/A	N/A	01 MANUA L INSTRU CCIONE S, 01 PÓLIZA DE GARAN TÍA EQUIPO
	mesa reuniones	Equipam iento	1	635-1688- CM15	12539	N/A	N/A	N/A
	mueble kitchenette en obra	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	pizarra	Equipam iento	1	Compra Directa	5912	N/A	N/A	N/A
	proyector	Equipam iento	1	635-1759- CM15	360	N/A	N/A	01 MANUA L INSTRU CCIONE S, 01 PÓLIZA DE GARAN TÍA, 01 CD MANUA L USUARI O
	sillas apilables	Equipam iento	13	635-1689- CM15	18104	N/A	N/A	N/A

SOMENAS ARCHIVO ACTIVO	Computador	Equipo	1	635-1123- cm16	862	N/A	N/A	01 PÓLIZA DE GARAN TÍA y 01 INSTRU CCIÓN CONFIG URACIÓ N
	impresora	Equipo	1	635-1683- CM15	9723	N/A	N/A	01 GUIA INSTAL ACIÓN y 01 CD SOFTWARE INSTAL ACIÓN IMPRES ORA
	Estantería (para fichas)	en obra	2	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	Mesón de atención público en obra	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	papelero con tapa color gris aprox 25 litros	Equipam iento	1	Compra Directa	s/f	N/A	N/A	N/A
	silla ergonómic a	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
VESTIDOR	lockers	en obra	4	en obra	N/A	N/A	N/A	N/A
	sillas apilables	Equipam iento	2	635-1692- CM15	2078	N/A	N/A	N/A
EN BODEGA	Escritorio	Equipam iento	1	635-1785- CM15	7834	N/A	N/A	En la construc ción original no se consider ó un box de prepara ción, ya que no se mencion a en el PMA. Sin embarg o se adquirió parte del equipam iento, el cual se mantien e guardad o en la bodega del CECOS F, para posterior disposici ón de la l. Municip alidad
	silla visita	Equipam iento	2	635-1692- CM15	2078	N/A	N/A	
	silla ergonómic a	Equipam iento	1	635-2232- CM15	6351	N/A	N/A	
	Dispensador de Jabón	Equipam iento	1	635-1674- CM15	31255 - 31419	N/A	N/A	
	Dispensador de alcohol gel	Equipam iento	1	635-1674- CM15	31255 - 31419	N/A	N/A	
	Porta toalla de papel (dispensador de papel)	Equipam iento	1	635-1674- CM15	31255	N/A	N/A	
	Kardex para cartolas	Equipam iento	2	635-1688- CM15	12539	N/A	N/A	

								de Arica.
SALA GENERADOR	GENERADOR	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	01 FOLLETO USUARIO, 01 MANUAL USO Y MANTENIMIENTO (varios idiomas), 01 GUÍA OPERACIÓN (varios idiomas), 01 MANUAL OPERACIÓN (Inglés), 01 DIAGRAMA ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS, 01 MANUAL OPERACIÓN BOMBA AUXILIAR COMBUSTIBLE
SALA BOMBAS	BOMBA DE AGUA	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	01 MANUAL OPERACIÓN SISTEMA HIDROEUMÁTICO
SISTEMA CÁMARAS DE SEGURIDAD	SISTEMA CÁMARAS DE SEGURIDAD	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	01 GUÍA RÁPIDA INSTALACIÓN (varios idiomas), 01 INSTRUCCIÓN INSTALACIÓN (varios idiomas), 01 CD MANUAL USUARIO SOFTWARE

SISTEMA ALARMA INCENDIO	SISTEMA ALARMA INCENDIO	en obra	1	en obra	N/A	N/A	N/A	01 GUÍA A SEGUIR EN CASO DE ACTIVACIÓN ALARMA INCENDIO, 01 INSTRUCCIÓN INSTALACIÓN ALARMA INCENDIO (inglés), 01 INSTRUCCIÓN INSTALACIÓN DETECTORES HUMO (inglés)
-------------------------	-------------------------	---------	---	---------	-----	-----	-----	--

*La utilización de la denominación "en obra" de determinados bienes muebles, refiere a equipamiento entregado por la empresa constructora al Servicio de Salud de Arica, al momento de recepcionar este último la obra. Por otro lado, en aquellos casos en que se especifica un número de orden de compra, se debe a que los bienes de que se trata, han sido adquiridos directamente por el Servicio de Salud de Arica. Cabe destacar que en Anexo adjunto se detalla el contenido de cada set de instrumental.

TERCERO: Se deja constancia, que tal como se señaló anteriormente, el dominio del inmueble en que se emplaza el **CECOSF DR. RENÉ GARCÍA VALENZUELA**, es de propiedad de la Ilustre Municipalidad de Arica, encontrándose inscrito su dominio a Fojas 2117 N°1506 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Arica del año 2006, en consecuencia, el Servicio de Salud de Arica entrega de las obras concluidas del establecimiento de salud previamente referido, y sus llaves respectivas. El establecimiento de salud objeto del acuerdo, posee Recepción Definitiva otorgada por la Dirección de Obras Municipales (DOM), asumiendo el Servicio de Salud de Arica el compromiso de subsanar las observaciones planteadas en el referido documento, las cuales se enmarcan en dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto Supremo N° 50, de Vivienda y Urbanismo, que modifica Decreto Supremo N° 47, de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en el sentido de actualizar las instalaciones del establecimiento que por intermedio de este instrumento se entrega, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 20.422, sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, lo anterior, en el plazo de tres años contados desde la fecha de publicación de la normativa antes referida, esto es, desde el 4 de Marzo de 2016, debiendo consistir las obras en:

La Adaptación de un nuevo calzo de estacionamiento ubicado en el ingreso principal, mediante el rebaje de solera, la extracción de jardinería, modificación de suelo y demarcación de la señalética exigida; y la instalación de un pasamano que facilitará el acceso por la puerta lateral, a través de la cual se accede al área de servicio y a la sala multipropósito.

Cabe hacer presente, que el establecimiento de salud al cual refiere este convenio, comenzará a funcionar sólo en la medida que posea las autorizaciones y resoluciones sanitarias a que haya lugar, otorgadas por la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de Arica y Parinacota.

CUARTO: Según consta en Ordinario N° 109, los gastos operacionales que implique el funcionamiento del **CECOSF DR. RENÉ GARCÍA VALENZUELA**, serán de cargo de la Ilustre Municipalidad de Arica, lo cual se desprende del Acuerdo N° 125 de fecha 08 de abril del año 2015, adoptado por el Honorable Concejo Municipal de Arica.

QUINTO: El presente Convenio se firma en CUATRO ejemplares, quedando uno en poder de la Ilustre Municipalidad de Arica, uno en poder del Servicio de Salud Arica, uno en poder del Secretario Regional Ministerial de Salud de la Décimo Quinta Región de Arica y Parinacota y, uno en poder del Ministerio de Salud de la República de Chile.

SEXTO: Para los efectos del presente convenio las partes fijan su domicilio en la ciudad de Arica y se someten a la Jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

SÉPTIMO: El presente convenio tendrá vigencia desde la fecha de la notificación de la resolución que lo aprueba.

OCTAVO: La personería de D. Juan Rojas Osorio para representar al Servicio de Salud Arica, emana del artículo 9 del Decreto Supremo N° 140 de fecha 24 de septiembre del 2004, del Ministerio de Salud y tomado Razón el 07 de marzo del 2005 por el órgano controlador.

La personería del Sr. **GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS** para representar a la Ilustre Municipalidad de Arica, consta del Decreto Alcaldicio N°19.790 de fecha 06 de Diciembre del 2016, documentos que no se anexan por ser conocidos de las partes.

DR. JUAN ROJAS OSORIO
DIRECTOR (S)
SERVICIO DE SALUD ARICA



Sr. GERARDO ESPÍNDOLA ROJAS
ALCALDE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA



ANEXO DETALLE SET DE INSTRUMENTAL DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) RENE GARCÍA VALENZUELA

BOX DENTAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		CANTIDAD
	Set básico operatorio (Obturaciones)	15
CANT.	Especificaciones técnicas	
15	Espatula composite con punta de Titanio	
15	Condensador bolita doble extremo	
15	Condensador ovoide doble extremo	
15	dicalero	
15	Tallador de amalgama doble extremo similar a modelo Frahn	
15	Condensador cilíndrico mediano doble extremo	
15	condensador cilindro fino doble extremo	
15	Porta banda matriz similar a modelo Toffemire	
15	Porta banda matriz 77 mm aprox, similar a modelo Ivory	
15	Espatula cemento doble extremo	
15	Espatula cola de castor	
15	Pinza papel Miller 6" aprox	
15	Atacador gutapercha 2-3 aprox	
15	Cuchareta caries pequeña 53-54 aprox	
15	Cuchareta caries mediana 57-58 aprox	
15	Jacket anterior doble extremo 30/33 aprox	
15	Porta amalgama angulado aprox	
15	Jacket posterior doble extremo 31/32 aprox	
Otros		
	Garantía técnica tanto para el instrumental como para accesorios de al menos 02 años.	

BOX DENTAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		CANTIDAD
	SET EXTRACCION (CIRUGIA MENOR)	6
CANT.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
6	Contenedor autoclavable de acero inoxidable o aluminio anodizado que permitan albergar la totalidad del instrumental detallado	
6	Recipiente metálico acero inoxidable, 8 cms.de diámetro por 5 cms. de alto. Aprox	
6	Pinza Porta Esponja tipo Foerster, Dentada, Recta 230 mm. aprox.	
24	Pinza tipo Backhaus, 80 mm. aprox.	
6	Porta Bisturí N° 3	
6	Porta Bisturí N° 4	
6	Tijera tipo Mayo Stille, recta 170 mm. aprox.	
6	Tijera tipo Metzenbaum, curva 230 mm. aprox.	
6	Tijera Quirúrgica, Roma 140 mm. aprox.	
6	Pinza Anatómica, 140 mm. aprox.	
6	Pinza Anatómica, 120 mm. aprox.	
6	Pinza Quirúrgica, 1x2 Dientes, 120 mm. aprox.	
6	Pinza Quirúrgica, 1x2 Dientes, 140 mm. aprox.	
12	Pinza tipo Allis, 5x6 Dientes, 150 mm. Aprox	
24	Pinza tipo Halsted Mosquito, Recta, 120 mm. aprox.	
24	Pinza tipo Halsted Mosquito, Curva, 100 mm. aprox.	
6	Set Separador tipo Farabeuf, Pequeño, Largo 120 mm. aprox.	
6	Set Separador tipo Farabeuf, Grande, Largo 150 mm. aprox.	
12	Sonda Acanalada, 140 mm. aprox.	
12	Porta Agujas tipo Crile-Wood, 150 mm. aprox.	
OTROS		
	Garantía técnica de al menos dos años.	

BOX GINECO-OBSTETRICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		CANTIDAD
	SET EXÁMEN GINECOLOGICO	6
CANT.	ESPECIFICACION TÉCNICA	
6	Bandeja acero inoxidable para instrumentos, largo 370 mm, ancho 250 mm, alto 90 mm.	
24	Pinza tipo Bozeman-Douglas, curva ranurada 260 mm. Aprox.	
6	Espéculo vaginal tipo grave mediano 120 mm	
6	Especulo vaginal tipo Grave grande 140 mm	
6	Pinza tipo Pozzi. 255 mm. Aprox	
12	Crochet para extracción de DIU, similar a modelo Muenchen, largo 270mm.	
6	Pinza tipo Foerster 250 mm.	
OTROS		
	Garantía técnica para el instrumental como para accesorios de al menos dos años.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		CANTIDAD
	SET DIU	4
CANT.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	
4	Bandeja mate 47 x 32 x 5 mm. (+ - 3 cm.)	
4	Histerómetro de Sims	
4	Pinza Schroeder para cuello uterino	
4	Pinza Bozemann para boca estriada, curva, 25 cm. aprox.	
4	Pinza tipo Pozzi, 25 cm. aprox.	
4	Tijera quirúrgica Mayo-Harrington, 23 cm. aprox.	
4	Pinza tipo pozzi, 25 cm aprox	
OTROS		
	Garantía técnica para el equipo como para accesorios de al menos dos años.	

BOX PROCEDIMIENTOS

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD
	SET DE CURACION	10
CANT.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	
10	Contenedor autoclavable de acero inoxidable o aluminio anodizado que permitan albergar la totalidad del instrumental detallado	
10	Pinza Anatómica, 160 mm. aprox.	
10	Pinza Quirúrgica, Recta, 1x2 Dientes, 160 mm. aprox.	
10	Tijera tipo Quirúrgica, Recta, 140 mm. aprox.	
10	Tijera tipo Quirúrgica, Recta Fina/Roma 140 mm. aprox.	
OTROS		
	Garantía técnica tanto para el instrumental como para accesorios (partes y piezas) de al menos dos años.	

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD
	SET ATENCIÓN PARTO	1
CANT.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	
1	Tijera mayo recta, 17 cm. aprox.	
1	Tijera Metzembraum curva, 18 cm. Aprox.	
2	Pinza Kocher recta, 17 cm. aprox.	
1	Pinza quirúrgica, 17 cm. aprox.	
1	Pinza anatomica, 17 cm. aprox.	
1	Porta agujas Hegar-Mayo, 18,5 cm. aprox.	
1	Cubeta para contenedor 1/2 Perf. (Altura aprox. 9 cm.) (+ - 2 cm.)	
1	Base tapa inferior 1/2 Cont. Plata	
2	Filtro desechable con viraje autoclave redondo 19 cm. aprox. (+ - 2 cm.)	
1	1/2 Cesta Perf. 24 x 25 x 5 cm. aprox. (+ - 2 cm.)	
1	Precintos con control de viraje vapor	
2	Placa Identificación	
OTROS		
	Garantía técnica tanto para el instrumental como para accesorios (partes y piezas) de al menos dos años.	

BOX PROCEDIMIENTOS

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD
	SET SUTURA	3
CANT.	ESPECIFICACION TÉCNICA	
3	Bandeja Ac. Inoxidable	
3	Porta Bisturí, N° 3, standard, largo 12,5 cm. aprox.	
3	Porta Agujas tipo Mayo-Hegar, Recto, boca estriada, largo 16 cm. aprox.	
3	Pinza disección anatómica, Recta, sin dientes, largo 16 cm. aprox.	
3	Pinza disección quirúrgica, 1x2 dientes, recta, largo 16cm. aprox.	
6	Pinza hemostática Tipo Halsted - Mosquito, Curva, largo 12,5 cm. aprox.	
6	Pinza de campo Tipo Backhaus, Pinza angulada, c/cremallera, largo 8cm. aprox.	
6	Pinza Hemostática Tipo Kelly, Curva, estriada, largo 14cm. aprox.	
3	Tijera Disección Tipo Mayo, Recta, punta roma-roma, largo 17cm. aprox.	
3	Copela de ac.inox., Capacidad 140 cc. diámetro: 80, prof: 40 mm. aprox.	
OTROS		
	Garantía técnica para el equipo como para accesorios de al menos dos años.	

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD
	SET TAPONAMIENTO NASAL	1
CANT.	ESPECIFICACION TÉCNICA	
1	Espéculo Nasal niño, largo 13 cm. aprox.	
2	Espéculo Nasal adulto tipo killian, largo 13 cm. y 35 cm. aprox.	
1	Pinza taponamiento tipo Gruenwald, largo 20 cm. aprox.	
1	Pinza taponamiento tipo Heyman-Knight	
1	Instrumento extracción cuerpo extraño tipo Fomon, punta roma	
1	Instrumento extracción cuerpo extraño tipo Joseph, punta fina	
1	Pinza disección tipo Cushing recta, estriada, largo 17,5 cm. aprox.	
1	Bandeja de acero inoxidable para instrumentos detallados en el set. Debe permitir contener todo el instrumental solicitado en el set. Indicar medidas.	
OTROS		
	Garantía técnica tanto para todo el instrumental de al menos dos años.	